



Volk Optical Inc.
 7893 Enterprise Drive
 Mentor, OH 44060 USA
 Tel: 440-942-6161
 Fax: 440-942-2257
 E-mail: volk@volk.com

EC REP **Rappresentante UE:**
 Keeler Limited
 Clewer Hill Road
 Windsor
 Berkshire SL4 4AA Regno Unito
 +44 (0) 1753 857177
 0086

Lenti monouso Gonio Volk®1

- STERILE. STERILIZZATO CON OSSIDO DI ETILENE.
- SOLO MONOUSO.
- NON UTILIZZARE SE LA CONFEZIONE È APERTA O DANNEGGIATA.
- LA LEGGE FEDERALE (USA) LIMITA LA VENDITA DEL DISPOSITIVO SOLO DA PARTE DI UN MEDICO O SU PRESCRIZIONE MEDICA.

ITALIANO: ISTRUZIONI PER L'USO

DESTINAZIONI D'USO

Le lenti monouso Volk®1 Gonio sono indicate per essere utilizzate come lenti a contatto diagnostiche per l'esame dell'occhio (compresa la camera anteriore, la rete trabecolare, la retina centrale e la retina periferica) e nella terapia di anomalie intraoculari.

SPECIFICHE

Prodotto	Ingrandimento	Numero di specchi	Fattore di ingrandimento del punto laser	Rivestimento laser antiriflettente
Lenti monouso Gonio a 4 specchi (V4MIRD) Volk®1	1.00	4	1.00	Senza rivestimento
Lenti monouso Gonio a 3 specchi (V3MIRD) Volk®1	1.00	3	1.00	Senza rivestimento



AVVERTENZE

1. Non immergere il dispositivo in un prodotto decontaminante prima dell'uso.
2. Ispezionare la/e superficie/superfici di contatto per verificare che siano esenti da danni (per es. frammenti, graffi, ecc.). Non utilizzare né riparare se il dispositivo è danneggiato.



PRECAUZIONI

1. Non tentare di utilizzare le lenti monouso Gonio Volk®1 prima di aver completamente letto e compreso queste istruzioni per l'uso.
2. Da utilizzare da parte di un medico abilitato in un metodo in linea con altre lenti a contatto oftalmoscopiche laser e diagnostiche a immagine diretta.
3. La confezione sterile e le lenti devono essere ispezionate prima dell'uso.
4. Le lenti monouso Gonio Volk®1 sono concepite per essere utilizzate solo su un singolo paziente.
5. Non risterilizzare né riutilizzare.
6. Questo dispositivo è imballato e sterilizzato solo per uso singolo. Non riutilizzare, riciclare né risterilizzare. Il riutilizzo, il riciclo o la risterilizzazione potrebbero creare un rischio di contaminazione e/o provocare infezioni o infezioni crociate al paziente, inclusa, ma non limitata a, la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. La contaminazione del dispositivo potrebbe portare a lesioni, malattia o morte del paziente.

DATA "DI SCADENZA"

Utilizzare il dispositivo prima della data di scadenza indicata sull'etichetta della confezione.

ISTRUZIONI PER L'USO SUGGERITE

1. Togliere le lenti dalla confezione e metterle in un'area di lavoro sterile.
2. Le lenti a contatto liquido standard richiedono l'applicazione di metilcellulosa o altra soluzione viscosa simile sulla superficie di contatto concava (cioè tra la cornea e il dispositivo).
3. Quando si calcola la dimensione del punto del trattamento, la regolazione del punto laser deve essere moltiplicata per l'appropriato fattore di ingrandimento laser. Vedere la tabella delle specifiche per trovare il fattore di ingrandimento laser per le lenti che si stanno utilizzando.



Sterilizzato con ossido di etilene.



Non risterilizzare.



Consultare le istruzioni per l'uso per informazioni precauzionali importanti.



Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta.



Data di scadenza



Numero di lotto



Numero di riferimento



Fabbricante



Rappresentante autorizzato nella Comunità europea